




BEC INSTRUMENTAL
 Mons Larumbe 1282
 (1640) Martinez (BA)
 Teléfono: 54 9 11 56958781
 soporte@becinstrumental.com

Fecha de servicio 19-02-2018	Tipo de servicio Servicio Correctivo	Reporte de Servicio 000176
Instrumento Microonda		Marca Perkin Elmer
Modelo Titan		Nro. De Serie 313X3080102
Datos del Cliente		
Wasser Servicios Industriales S.A.		
Bernardo de Irigoyen 388		
Escobar		
Pcia de Buenos Aires		
Persona de contacto Nicolas Balanzat		Telefono/Fax 0348-4421772

Descripción de tareas realizadas
Limpieza del Sensor de Presión, limpieza del led de iluminación, prisma, verificación del estado del Polarizador.
Limpieza de la base del microonda, antenas del magnetrón, medición del caudal de aspiración del Ventilador externo, se observa un caudal de 6.37m ³ /h, se requiere un caudal de aspiración de 127m ³ /h. Se debe reemplazar el extractor por uno de caudal acorde al requerimiento, esto es para evitar daños Al microonda.
Se controlaron el estado de los vasos y tapas.
Se controló el cierre de la tapa, y la potencia del mismo. Potencia: 1340W
Se realizó una prueba de digestión, no observando anomalías en el funcionamiento
El instrumento está operativo

Materiales			
Cantidad	Nº de parte	Descripción	Entregado
Trabajo Completado		Tiempo de Trabajo	<input type="checkbox"/> Protocolo de Mantenimiento Preventivo entregado al Cliente <input type="checkbox"/> Protocolo de Calificación Operacional entregado al Cliente
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	4hs		

La firma de la conformidad de este servicio implica la aceptación de los controles efectuados, reparación y sustitución del material arriba indicado.

Firma y Aclaración 	Firma y Aclaración Cliente
---	----------------------------