

Empresa:	WASSER SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.
Protocolo N°	OQ GC 001024



CALIFICACION OPERACIONAL CROMATOGRAFO GASEOSO

Empresa	WASSER SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.
Dirección	Bernardo de Irigoyen 388 Escobar Provincia de Buenos Aires
Ubicación	Laboratorio
Usuario	Nicolas Balanzat
Fecha de Control	15 de Mayo de 2018
Validez del Control	12 meses
Próximo Control	Mayo 2019
Hoja de Servicio	000201

Comentarios:

Realizó:		Nombre:	FLAVIO MANCEBO	Fecha:	15-05-2018
BEC OQ GC M7-A Rev 1.0 Fecha de Vigencia Mayo 2018					Página 9 de 28

Empresa:	WASSER SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.
Protocolo N°	OQ GC 001024



DATOS DEL INSTRUMENTO	
Marca	PERKIN ELMER
Modelo	Clarus 580
Número de Serie	580S12040401
Accesorio	N/A
Número de Serie	N/A

CONFIGURACION DEL INSTRUMENTO						
Automuestreador:	Si		Otro:		N/A	
Espectrometro de masas:	N/A				Modelo: ⁽¹⁾	N/A
	Tipo ⁽²⁾	Control de gases ⁽³⁾		Tipo ⁽²⁾	Control de gases ⁽³⁾	
Detector:	A: FID	PPC [X]	Manual []	B: Ninguno	PPC []	Manual []
Inyector:	A: PSSI	PPC [X]	Manual []	B: Ninguno	PPC []	Manual []
Auxiliar	1:	PPC []	Manual []	2:	PPC []	Manual []
Auxiliar	3:	PPC []	Manual []	4:	PPC []	Manual []
Suministro de gases						
Tipo	Nitrógeno	Pureza	4.8	Presión de salida (bar)	7	
Tipo	Aire	Pureza	Extra puro	Presión de salida (bar)	8	
Tipo	Hidrógeno	Pureza	5.0	Presión de salida (bar)	8	
Tipo	N/A	Pureza	N/A	Presión de salida (bar)	N/A	
Software de adquisición de datos	TotalChrom 6.3.2					

- (1) Modelos disponibles: 500, 560 D, and 560 S.
(2) Escribir el código de tres letras del detector, caso contrario "Ninguno"
(3) Marcar con una "X" el tipo de controlador de gases instalado

Comentarios:					
Realizó:		Nombre:	FLAVIO MANCEBO	Fecha:	15-05-2018
BEC OQ GC M7-A Rev 1.0 Fecha de Vigencia Mayo 2018				Página 10 de 28	