



CERTIFICADO DE GARANTIA

EMPRESA WASSER SERV.INDUSTRIALES S.A.
CONTACTO Ing. Florencia Grandí

GARANTIA N° 608
CODIGO CONTRATO 143550001036-608
FECHA VTO GARANTIA 11/11/2017
TIPO DE GARANTIA CALIBRACIÓN
ESTADO DE LA GARANTIA Activo

OC DE REFERENCIA

MARCA	HACH
MODELO	DR1900
N° DE SERIE	143550001036
CODIGO DE PRODUCTO	DR1900
PROXIMA CALIBRACION	11/08/2018

Garantía Técnica: Baires Analítica S.R.L. cubrirá la reparación y/o reemplazo de cualquiera de las partes que presenten defectos en el material durante el plazo indicado. Todo desperfecto derivado de su mal uso, mal mantenimiento o mantenimiento realizado por personal no autorizado, incurrirá indefectiblemente en la caducidad de la garantía. Se verá liberada de toda obligación bajo esta garantía si se realizan reparaciones y/o modificaciones por personas no autorizadas, así como también si la etiqueta de seguridad se encontrara violada. No cubre garantía, partes de deterioro normal por el uso, materiales de vidrio y reactivos.

Esta garantía no incluye los componentes eléctricos de vida limitada que se deterioran con el tiempo tales como pilas, lamparas, celulas fotoeléctricas, electrodos, etc. En ningún caso Baires Analítica S.R.L. es responsables de defectos producidos por el mal manejo y almacenamiento inadecuado por parte del comprador.

IT 11 ANEXO 5.1 REV 01



Av. Gral Paz 517 - Saenz Peña - CP: B1674AOA - Buenos Aires
Tel/Fax: 54-11-4712-1699 / 4122 / 4123 - www.bairesanalitica.com

Certificado de Calibración N°: 3805-0**Solicitante:** Wasser Servicios Industriales S.A.**Datos del Instrumento:****Descripción:** Espectrofotómetro de Rango Visible**Marca:** Hach**Modelo:** DR1900**Número de Serie:** 143550001036**Información de Calibración:****Fecha de Calibración:** 11/08/2017**Próxima Calibración Sugerida:** 11/08/2018**Hoja de Servicio:** 00001135**Temperatura del Ambiente:** 21,4°C**Método:** Por comparación contra los **estándares usados**, según procedimiento y especificación del fabricante del instrumento.**Responsable Técnico:** Javier Vázquez**Firma:** **Estándares Usados:**

Item	Marca	Modelo	Descripción	Fecha Cal.
01	HachLangeGmbH	VAA591	Kit de Filtros ópticos sólidos	Mar. 17

Instrumentos Auxiliares de Testeo:

Item	Marca	Modelo	Descripción	Serie N°	Fecha Cal.
01	Fluke	79III	Multímetro	77271019	Ene. 17
02	TES	1315	Termómetro	070801976	Nov. 16

El instrumento objeto de la presente certificación está dentro de las especificaciones y ha pasado la calibración correctamente.